

Số: 411 /TTYT-KHNV
V/v mời báo giá hóa chất xét nghiệm

Hoài Đức, ngày 29 tháng 04 năm 2025

Kính gửi: Các đơn vị cung cấp tại Việt Nam

Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu mua hóa chất định lượng HbA1c, định lượng GGT trong máu phục vụ công tác xét nghiệm cận lâm sàng với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- . Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức
- Địa chỉ: Thôn Lũng Kênh- Xã Đức Giang- Huyện Hoài Đức- TP Hà Nội
- Số điện thoại: 02433665269
- Nhận qua đường bưu điện.
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức- Thôn Lũng Kênh- Xã Đức Giang- Huyện Hoài Đức- TP Hà Nội. Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 05 tháng 05 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 10 tháng 5 năm 2025.
- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục đính kèm.
- Báo giá đã bao gồm thuế, lệ phí (nếu có).

Rất mong nhận được sự quan tâm và gửi báo giá của Quý đơn vị. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHNH.



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tuấn

Phụ lục

(Kèm theo Công văn số 44/TTYT-KHNV ngày 29/4/2025
của TTYT huyện Hoài Đức)

STT	Tên hóa chất	Cấu hình, thông số	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
1	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c mức bệnh lý	Dùng tương thích với máy sinh hóa tự động BT 3500 Vật liệu kiểm soát xét nghiệm dùng trong kiểm tra chất lượng để kiểm tra độ đúng và độ chính xác của các phương pháp định lượng, là một mẫu chứng lỏng lấy từ máu người ly huyết. Nồng độ điều chỉnh của các thành phần mẫu chứng thường ở ngưỡng bệnh lý. - Thành phần: Máu người ly huyết, HbA1c glycosyl hóa in vitro. Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp ≥4 x0,5 ml	Hộp	02
2	Vật liệu kiểm soát chất lượng xét nghiệm định lượng HbA1c mức bình thường	Dùng tương thích với máy sinh hóa tự động BT 3500 Chất kiểm chứng dùng cho xét nghiệm định lượng Hemoglobin A1c mức bình thường. Dạng bột đông khô, thành phần: máu ly giải hồng cầu từ người. THÀNH PHẦN Hemoglobin A1C Control, máu ly giải hồng cầu (người, dạng đông khô). Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp ≥ 4x0,5 ml	Hộp	02
3	Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng HBA1C	Dùng tương thích với máy sinh hóa tự động BT 3500 Mục đích sử dụng: một bộ gồm năm chất hiệu chuẩn đông khô với các mức độ khác nhau dựa trên chất liệu máu của con người (hồng cầu) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp ≥5 x 0,5 ml	Hộp	02



STT	Tên hóa chất	Cấu hình, thông số	Quy cách	Đơn vị tính	Số lượng
4	Thuốc thử xét nghiệm định lượng nồng độ HbA1C	Dùng tương thích với máy sinh hóa tự động BT 3500 R1: Latex (mủ cao su) $\geq 0.1\%$ R2: Anti-HbA1c chất đệm kháng thể đơn dòng kháng HbA1c của chuột được liên kết chéo $\geq \text{NaCl } 2\%$ R3: Hemolyzing solution (dung dịch tan huyết) Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp $\geq 208\text{ml}$	Hộp	04
5	Hóa chất định lượng nồng độ GGT(gamma-glutamyl transferase) trong máu	Dùng tương thích với máy sinh hóa tự động BT 3500 Thành phần gồm: R1: +Tris bufer(pH 8,25) $\geq 125\text{mmol/l}$ + Glycyl Glycine $\geq 125\text{mmol/l}$ R2: + L- γ- glutamyl-3 carboxy-4-nitroanilide $\geq 20\text{mmol/l}$ Đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Hộp $\geq 110\text{ml}$	Hộp	02
/	Tổng: 05 khoản				