

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH13 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

Căn cứ Nghị định số 24/2024/NĐ-CP ngày 27/02/2024 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 11/03/2025 của Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức về việc phân bổ nguồn dự phòng ngân sách huyện năm 2025.

Trung tâm y tế huyện Hoài Đức đang có nhu cầu tìm hiểu và khảo sát làm cơ sở xây dựng cấu hình, tính năng kỹ thuật và giá dự toán mua sắm trang thiết bị y tế nguồn ngân sách huyện năm 2025.

Trung tâm y tế huyện Hoài Đức kính mời các nhà cung cấp quan tâm báo giá cấu hình, thông số kỹ thuật, giá trang thiết bị y tế với nội dung như sau: (có danh mục hàng hóa theo biểu đính kèm)

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

- Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức
 - Địa chỉ: Thôn Lũng Kênh- Xã Đức Giang- Hoài Đức- TP Hà Nội
- Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:
 - Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Hoa
 - Chức vụ: Phó trưởng phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ
 - Số điện thoại: 0976249637
 - Email: hoaquynhdkh@gmail.com
- Cách thức tiếp nhận báo giá:
 - Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Nhà cung cấp dịch vụ báo giá bằng văn bản, có chữ ký và dấu đỏ của đơn vị gửi về Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ- Trung tâm Y tế huyện Hoài Đức- Thôn Lũng Kênh- Xã Đức Giang- Hoài Đức- TP Hà Nội
 - File mềm: gửi vào email: hoaquynhdkh@gmail.com
- Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h00 ngày 26 tháng 03 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 04 tháng 04 năm 2025.

Các báo giá nhận được không đúng mẫu quy định, sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 120 ngày kể từ ngày 04 tháng 04 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

- Nội dung chi tiết: theo phụ lục 1 đính kèm

2. Địa điểm cung cấp trang thiết bị y tế: Kho Dược Trung tâm y tế huyện Hoài Đức (Thôn Lũng Kênh- Xã Đức Giang- Huyện Hoài Đức- TP Hà Nội).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Trong vòng 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến 31/12/2025.

5. Dự kiến các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Tạm ứng: Không áp dụng
- Thanh toán: Thanh toán làm nhiều lần trên cơ sở hóa đơn, biên bản bàn giao, nghiệm thu của từng lần giao, nhận hàng, mẫu 08a.

6. Các thông tin khác:

- Các hãng sản xuất, nhà cung cấp gửi báo giá theo đúng mẫu theo Thông tư 14/2023/TT-BYT ngày 30/06/2023 của Bộ Y tế.(*Phụ lục 2 kèm theo*).

- Yêu cầu về thiết bị y tế: Nhà cung cấp đính kèm cùng báo giá các tài liệu kỹ thuật của hàng hóa, catalogue của nhà sản xuất(bản dịch đối với thiết bị y tế nhập khẩu), có bản thuyết minh về tính năng của thiết bị.

Trung tâm y tế huyện Hoài Đức kính mời đại diện các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tham gia báo giá trong thời gian và địa điểm nêu trên./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, KHN.V.



GIÁM ĐỐC

Trần Quang Tuấn

Phụ lục 1
DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ NĂM 2025
(Kèm theo Công văn số: 251/TTYT-KHNV ngày 25 tháng 03 năm 2025)

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung/Yêu cầu cấu hình tối thiểu /Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
1	Máy siêu âm xách tay	YÊU CẦU CHUNG Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO 13485, tương đương hoặc hơn Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU - Máy chính kèm pin: 01 bộ - Máy chính có số cổng cắm đầu dò: ≥ 02 cổng - Phần mềm siêu âm cài đặt sẵn: 01 bộ - Đầu dò convex: 01 cái - Đầu dò linear: 01 cái - Máy in nhiệt (in kết quả siêu âm): 01 cái - Phụ kiện lắp đặt: 01 bộ - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh và tiếng Việt: 01 bộ - Xe đẩy máy siêu âm: 01 cái III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 1. Máy chính - Màn hình LCD ≥ 12 inch, độ phân giải $\geq 1024 \times 768$ - Màn hình có thể điều chỉnh góc nghiêng khoảng 60° - Ổ cứng ≥ 1 TB tích hợp - Cổng kết nối đầu dò: ≥ 2 cổng 2. Chức năng hình ảnh - Có chức năng phóng to điểm và phóng to toàn bộ hình ảnh..... 3. Đầu dò 3.1. Đầu dò convex - Chế độ thăm khám: ổ bụng, phụ khoa, sản khoa, mạch, tiết niệu - Dải tần: $\geq 1,8 - 6$ MHz - Bán kính đầu dò: ≥ 45 mm - Trường nhìn mở rộng tối thiểu 90° 3.2. Đầu dò linear - Ứng dụng: Bộ phận nhỏ, mạch, cơ xương khớp, thần kinh, chỉnh hình - Dải tần: $\geq 3.4 - 12$ MHz - Trường nhìn tối thiểu: 37 mm 4. Hệ thống quản lý dữ liệu bệnh nhân - Chức năng tìm kiếm dữ liệu bệnh nhân - Gửi dữ liệu, hình ảnh bệnh nhân - Sao lưu/ khôi phục dữ liệu - Xóa dữ liệu bệnh nhân - Quản lý thăm khám: tạo mới, kích hoạt, tiếp tục thăm khám	Máy	03

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung/Yêu cầu cấu hình tối thiểu /Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
2	Máy xét nghiệm sinh hóa	I. YÊU CẦU CHUNG Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO 13485, tương đương hoặc hơn Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU Máy chính: 01 cái Bộ lưu điện UPS: 01 cái Hóa chất thử máy: 01 bộ Phụ kiện lắp đặt hệ thống: 01 hộp Máy in kết quả bệnh nhân: 01 Cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 cái III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT 1. Tốc độ xét nghiệm Tốc độ xét nghiệm: - Sinh hóa máu ≥ 300 test/giờ, điện giải ≥ 150 test/giờ. Máy có chức năng rửa tự động hoặc tương đương Máy có màn hình cảm ứng chạm ≥ 10 inch, tương đương hoặc hơn Điện giải (ISE) đo được tối thiểu 03 chỉ số : Na, K, Cl, (lựa chọn thêm) 2. Khay hóa chất Số vị trí thuốc thử trên khay: Tổng cộng ≥ 60 vị trí Máy có hệ thống làm lạnh thuốc thử 3. Hệ thống Cuvett Thể tích mẫu phản ứng: $\leq 400\mu\text{l}$ (tùy loại mẫu) Cuvet phản ứng: ≥ 40 Cuvette, các Cuvette được làm bằng quang học thủy tinh sử dụng lâu dài hoặc chất liệu tốt hơn Thể tích hút mẫu: $\leq 5.8\mu\text{l}$ đến $100\mu\text{l}$ (tùy loại mẫu) Kim hút mẫu, hóa chất Cánh tay lấy mẫu: ≥ 2 cái (cho huyết thanh và thuốc thử) Phát hiện tắc nghẽn, chống va đập : Có Khay bệnh phẩm Số vị trí để mẫu xét nghiệm trên khay bệnh phẩm ≥ 60 vị trí Máy có các chế độ hoạt động Danh mục xét nghiệm: ≥ 300 loại xét nghiệm Máy có các chương trình QC: ≥ 3 mức chuẩn Có chương trình chạy bảo dưỡng tự động hoặc tương đương Hệ thống quang tối thiểu Hệ thống quang học: ≥ 10 vị trí để kính lọc + 1 vị trí tham chiếu Loại bóng đèn phát tia UV Chế độ pha loãng mẫu Bộ pha loãng mẫu : Sử dụng chất liệu ceramic, tương đương hoặc tốt hơn Độ chính xác khi pha loãng: $\leq \pm 0.1\%$ f.s Độ dung giải khi pha loãng: $\leq \pm 0.1\text{ml}$ Cấu hình máy tính tích hợp	Hệ thống	01

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung/Yêu cầu cấu hình tối thiểu /Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		Trạm điều khiển (bộ máy vi tính) sử dụng hệ điều hành WINDOW, tương đương hoặc hơn Máy có tối thiểu các cổng kết nối qua giao diện: USB, RS323, LAN,... guồn điện sử dụng: 220VAC, 50Hz		
3	Máy điện tim	I. YÊU CẦU CHUNG Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO 13485, tương đương hoặc hơn Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU Máy chính tích hợp máy in nhiệt: 01 cái Cáp điện tim: 01 cái Quả bóp điện cực ngực: 06 quả Kẹp chi: 04 cái Pin dự phòng: 01 cái Giấy in kết quả điện tim: 10 cuộn Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt Xe đẩy máy điện tim : 01 cái III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT - Máy có chương trình phân tích điện tâm đồ - Màn hình hiển thị màu TFT: ≥ 4 inch, tương đương hoặc hơn, độ phân giải $\geq 800 \times 480$ dpi - Màn hình hiển thị theo dõi dạng sóng của 12 đạo trình - Thời gian hoạt động bằng ắc quy dài (lúc đầy pin) khoảng ≥ 120 phút - Dữ liệu điện tim có thể xuất qua mạng LAN, tương đương hoặc hơn - Máy có thể giao tiếp DICOM, kết hợp với hệ thống PACS hoặc RIS - Số kênh ghi: ≥ 3 kênh - Thiết bị đạt tiêu chuẩn an toàn điện IEC	Máy	04
4	Máy siêu âm tổng quát	I. YÊU CẦU CHUNG Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO 13485, tương đương hoặc hơn Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU - Máy chính: 01 máy - Đầu dò Convex: 01 cái - Đầu dò Linear: 01 cái - Đầu dò Khối: 01 cái - Phần mềm siêu âm tích hợp sẵn trong máy siêu âm: 01 gói - Máy in nhiệt để in kết quả siêu âm: 01 cái - Dây nguồn: 01 cái - Sách hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT	Máy	01

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung/Yêu cầu cấu hình tối thiểu /Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
		Máy chính - Máy chính được thiết kế dạng xe đẩy, có 4 bánh xe và phanh hãm - Màn hình hiển thị ≥ 19 inch, độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ - Màn hình cảm ứng ≥ 10 inch, độ phân giải $\geq 1920 \times 1080$ - Máy có số cổng cắm đầu dò ≥ 3 ổ cắm đầu dò 2. Đầu dò: - Đầu dò Convex + Ứng dụng: Sản khoa, phụ khoa, ổ bụng, mạch máu + Dải tần số của đầu dò: $\geq 1.5 - 5$ MHz - Đầu dò Linear + Ứng dụng: Nhi khoa, bộ phận nhỏ, cơ xương khớp, mạch máu, thần kinh + Dải tần số của đầu dò: $\geq 4 - 12$ MHz - Đầu dò Khối + Ứng dụng: Sản khoa, phụ khoa, tiết niệu + Dải tần số của đầu dò: $\geq 3.0 - 8$ MHz 3. Phần mềm đi kèm máy: - Máy có tích hợp phần mềm siêu âm màu 3D - Máy có chế độ siêu âm độ dày, kích thước lớp, chu vi - Chế độ phóng to, thu nhỏ, ... - Chức năng theo dõi mạch máu - Chế độ theo dõi toàn cảnh thời gian thực - Máy có thể lấy được hình ảnh siêu âm qua các thiết bị kết nối như máy tính, điện thoại - Máy có hỗ trợ DICOM, PACS,... hoặc tương đương - Máy có tích hợp các phần mềm hỗ trợ bác sỹ siêu âm hoặc tương đương - Tự động đo lường các thước đo trong thăm khám sản khoa. + Tự động đo lường các thông số thăm khám thường xuyên bao gồm: BPD, HC, FL, AC, ... - Phần mềm tự động đo lường bề dày của độ mờ da gáy. - Tăng cường độ sắc nét hình ảnh kim chọc (kiểm tra các dấu hiệu bất thường của thai nhi) + Chế độ tăng cường hình ảnh kim chọc, có thể áp dụng trên cả đầu dò linear và đầu dò convex - Có chức năng tự động đo bề dày lớp nội trung mạc. + Hệ thống tự động phát hiện độ dày lớp nội mạc động mạch cảnh (IMT), tương đương hoặc tốt hơn - Có tính năng hình ảnh đa lát cắt + Hình ảnh 3D có thể được chia nhỏ + Hình ảnh 3D có thể tách ra 2D để thuận tiện cho thăm khám - Máy tích hợp phần mềm tinh chỉnh hình ảnh 3D/4D bằng cách kết hợp với nguồn chiếu sáng và hiệu ứng đổ bóng để hình ảnh siêu âm - Máy có các chức năng hỗ trợ hình ảnh 3D, tương đương hoặc hơn		

STT	Tên hàng hóa	Yêu cầu chung/Yêu cầu cấu hình tối thiểu /Yêu cầu tính năng kỹ thuật cơ bản	Đơn vị tính	Số lượng
5	Máy xét nghiệm nước tiểu	I. YÊU CẦU CHUNG Thiết bị được sản xuất từ năm 2024 trở về sau, mới 100% Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng tối thiểu ISO 13485, tương đương hoặc hơn Thời gian bảo hành ≥ 12 tháng II. YÊU CẦU CẤU HÌNH TỐI THIỂU Máy chính tích hợp máy in nhiệt: 01 cái Que thử nước tiểu: 01 hộp (mỗi hộp 100 que) Giấy in kết quả nước tiểu: 01 cuộn Dây nguồn: 01 cái Tài liệu hướng dẫn sử dụng tiếng Anh, tiếng Việt: 01 bộ III. YÊU CẦU TÍNH NĂNG KỸ THUẬT - Phương pháp đo: Quang phổ kế phản xạ, tương đương hoặc tốt hơn - Bước sóng đo: 460nm, 550nm, 650nm, tương đương hoặc hơn - Công suất xét nghiệm: ≥ 200 mẫu/giờ - Lưu trữ dữ liệu: ≥ 5.000 mẫu bệnh nhân. - Máy có thể chạy được que thử từ : 10, 11, 12 chỉ số hoặc hơn - Nguồn điện sử dụng: 220VAC, 50Hz - Máy in nhiệt được tích hợp sẵn trong máy - Máy có khả năng kết nối với máy tính, mạng qua cổng RS232, tương đương hoặc hơn - Nhập dữ liệu bệnh nhân: Bảng quét mã vạch hoặc bằng bàn phím hoặc tốt hơn	Cái	04

Phụ lục 2: Mẫu báo giá

(Kèm theo Công văn số: 254 /TTYT-KHNV ngày 25 tháng 3 năm 2025 của Trung tâm y tế huyện Hoài Đức)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Hoài Đức

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm y tế huyện Hoài Đức, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá(gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan:

stt	Số TT yêu cầu báo giá	Danh mục thiết bị y tế	Tên thương mại	Thông số kỹ thuật tương đương	Ký, mã, nhãn hiệu, model	Đơn vị tính	Quy cách đóng gói	Mã HS	Năm sản xuất	Hãng sản xuất/Xuất xứ	Số lượng/ Khối lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VNĐ)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VNĐ)	Thành tiền (VNĐ)
1															
2															
n															

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: ngày kể từ ngày..... tháng.... năm(ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 120 ngày), kể từ ngày....tháng....năm....(ghi ngày....tháng....năm.... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I- Yêu cầu báo giá).

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp
- Giá trị của các thiết bị y tế nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngàytháng.....năm.....

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu(nếu có))

